



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO – 2022

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CONCORDIA, ANTIOQUIA

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
1.1 Infraestructura – Instalaciones Físicas – Mantenimientos	3
1.1 Dotación – Mantenimiento	3
2. PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	3
2.1 DEFINICIONES:	3
3. OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	4
4. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	5
5. METAS	5
6. RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	5
7. COMPONENTES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	6
7.1 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA: (Pintura, establecimiento y reparaciones locativas)	6
7.2 MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN	6
7.2.1 COMUNICACIÓN E INFORMATICA: (Mantenimiento físico y lógico)	6
7.2.2 EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO: (Mantenimiento físico)	6
7.2.3 EQUIPO BIOMÉDICO: (Mantenimiento físico)	6
7.3 TRANSPORTE: (Mantenimiento técnico mecánico)	7
8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	7
8.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	8
8.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS	10
8.3 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN E INFORMATICA	24
8.4 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE APOYO	39
8.5 TRANSPORTE: (Mantenimiento técnico mecánico)	42
9. COSTO MANTENIMIENTO	44
10. OBSERVACIONES	44
11. REFERENCIAS:	44

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



12. ANEXO 145

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional mediante la expedición del Decreto 1769 de 1994, aclarado por el Decreto 1617 de 1995 reglamentó el Artículo 189 de la Ley 100 de 1993 que establece que “Los hospitales públicos y los privados en los cuales el valor de los contratos suscritos con la Nación o las entidades territoriales representan más de treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales, deberían destinar como mínimo el 5% del total de su presupuesto a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria”.

De otro lado el Decreto 1011 de 2006, “Por el cual se define el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad en Salud” establece que uno de los componentes de este sistema, es el Sistema Único de Habilitación, el cual dentro de los estándares que existe contempla los siguientes:

1.1 Infraestructura – Instalaciones Físicas – Mantenimientos

Estándar: Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicio ofrecido.

1.1 Dotación – Mantenimiento

Estándar: Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos por el prestador. Este Estándar evalúa las condiciones de que el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, sean adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.

Consecuente con lo argumentado anteriormente se elaboró el Plan de Mantenimiento Hospitalario de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del Municipio de Concordia.

2. PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

2.1 DEFINICIONES:

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO:

Es la actividad técnica – administrativa por medio de la cual se busca principalmente prevenir averías y restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de los equipos.

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

PLAN DE MANTENIMIENTO. El Plan de Mantenimiento se entiende como el instrumento gerencial diseñado para proporcionar acciones sistemáticas de trabajo al servicio de mantenimiento de cada institución.

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA. Se entiende por infraestructura hospitalaria los edificios, las instalaciones físicas, las redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas y de vapor, redes locales y las áreas adyacentes a las edificaciones.

DOTACIÓN HOSPITALARIA. La dotación hospitalaria comprende: el equipo industrial de uso hospitalario, el equipo biomédico, los muebles para uso administrativo y para usos asistenciales, y los equipos de comunicaciones e informática.

EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO. Hacen parte del equipo industrial de uso hospitalario, la planta eléctrica, los equipos de lavandería y de cocina, tanques de agua, las autoclaves, el equipo de refrigeración y aquellos equipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario.

EQUIPO BIOMÉDICO. Se entiende por equipo biomédico todo aparato o máquina, operacional y funcional que reúne piezas eléctricas, mecánicas y/o híbridas; desarrollado para realizar las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en servicios de salud.

EQUIPO DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA. Hacen parte del equipo de comunicaciones e informática: los equipos de cómputo, la central telefónica, máquinas de escribir, fotocopiadora, proyector de acetatos, los equipos de radiocomunicaciones, televisor, VHS, los equipos que permiten el procesamiento, reproducción y transcripción de información y todos aquellos que conforman el sistema de información hospitalaria.

EQUIPO DE TRANSPORTE. Son todos aquellos que sirve para movilizar el equipo de salud o el paciente a los diferentes sitios donde se requiere (equipo de transporte terrestre). Así como el mantenimiento de equipo de transporte, todas las reparaciones o eventualidades resultantes del funcionamiento de los equipos.

MUEBLES PARA USO ADMINISTRATIVO Y PARA USOS ASISTENCIALES. Son los muebles empleados para la prestación de los servicios y las actividades de apoyo de la entidad.

3. OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

La actividad de mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria, tiene objetivos generales como:

- Contribuir a que la atención en salud cumpla con las características de calidad dispuestos por el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad establecidos por el Decreto 1011 de 2006.
- Asegurar la disponibilidad de recursos físicos y de dotación, y el apropiado funcionamiento de los mismos para la producción de los servicios, para así obtener la mejor eficiencia de los recursos financieros para la atención en salud, y además contribuir al equilibrio financiero de la Empresa.

4. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

El Plan de Mantenimiento de la infraestructura y la dotación presenta los siguientes objetivos:

- Asegurar la asignación, dentro de los recursos destinados por la institución, de los montos necesarios para el desarrollo de las labores de mantenimiento hospitalario, conforme a las necesidades previstas y manifiestas.
- Distribuir los recursos humanos, físicos y económicos con el fin de cubrir las tareas de mantenimiento hospitalario
- Suministrar a las directivas de la institución y de más dependencias el cronograma de mantenimiento para que éstas actúen coordinadamente, de igual manera proporcionar medios para el control y evaluación de la gestión de mantenimiento

5. METAS

- Cumplir al 100% las programaciones de mantenimientos preventivos.
- Responder en el menor tiempo posible a los requerimientos de mantenimientos correctivos de equipos biomédicos y físicos. Estableciendo una meta de 8 días mínimo y 1 mes máximo para realizar las correcciones.
- Ejecutar el presupuesto ajustado a los principios de transparencia, eficiencia y procurando el menor costo con la mejor calidad posible.

6. RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

De conformidad con el artículo 1º del Decreto 1769 de 1994 los recursos financieros destinados al mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria corresponden al cinco por ciento

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

(5%) del presupuesto total en los hospitales públicos; para la vigencia la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Concordia ha asignado una partida presupuestal de **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/C (\$241.546.413)** para la ejecución del plan de mantenimiento.

7. COMPONENTES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

7.1 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA: (Pintura, establecimiento y reparaciones locativas)

- Edificios
- Instalaciones físicas
- Redes eléctricas, telefónicas, de sistemas y comunicaciones
- Áreas adyacentes a las edificaciones (Jardines, parques, entradas al hospital)
- Otros pertenecientes a la infraestructura

7.2 MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN

7.2.1 COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA: (Mantenimiento físico y lógico)

- Equipos de cómputo
- Conmutador
- Televisores
- Fotocopiadora
- Impresoras
- Planta telefónica

7.2.2 EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO: (Mantenimiento físico)

- Planta eléctrica
- Neveras
- Tanques de abastecimiento de agua
- Autoclave
- Lámparas
- Extintores
- Compresor

7.2.3 EQUIPO BIOMÉDICO: (Mantenimiento físico)

- Ecotones



- Equipo de órganos
- Electrocardiógrafo
- Fonendoscopios
- Tensiómetros
- Nebulizadores
- Laringoscopios
- Microscopio
- Glucómetro
- Desfibrilador
- Aspiradores
- Bomba de infusión
- Monitor de signos vitales
- Amalgamador eléctrico
- Lámparas de Fotocurado
- Cavitrón
- Negatoscopios
- Horno de Laboratorio
- Centrífuga
- Equipo odontológico completo
- Equipo de RX de Odontología
- Baño María
- Fotocolorímetro
- Pipetas automáticas

7.3 TRANSPORTE: (Mantenimiento técnico mecánico)

- Ambulancia Toyota placa ODT766
- Ambulancia NISSAN placa GVV539
- Ambulancia HYUNDAI placa OLI056
- Moto HONDA 125 placa DCZ34A

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

8.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
URGENCIAS	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE ESTADO DE PINTURA Y DE RESANE -REALIZANDO ACTIVIDAD SI ES NECESARIO
URGENCIAS	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE REDES ELECTRICAS Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
URGENCIAS	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE HUMEDADES Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
URGENCIAS	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE TECHOS Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
URGENCIAS	PLANTA FISICA	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE CANOAS Y REPARACION DE SER NECESARIO
URGENCIAS	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Y MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
URGENCIAS	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y FACHADA
URGENCIAS	PLANTA FISICA	SEMANAL	ENERO A DICIEMBRE	OPERARIO DE MANT Y SERVICIOS GENERALES	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y FACHADA
HOSPITALIZACION Y SALA DE PARTOS	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE ESTADO DE PINTURA Y DE RESANE -REALIZANDO ACTIVIDAD SI ES NECESARIO
HOSPITALIZACION Y SALA DE PARTOS	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE REDES ELECTRICAS Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
HOSPITALIZACION Y SALA DE PARTOS	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE HUMEDADES Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
HOSPITALIZACION Y SALA DE PARTOS	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE TECHOS Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
HOSPITALIZACION Y SALA DE PARTOS	PLANTA FISICA	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE CANOAS Y REPARACION DE SER NECESARIO
HOSPITALIZACION Y SALA DE PARTOS	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Y MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
HOSPITALIZACION Y SALA DE PARTOS	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y FACHADA
HOSPITALIZACION Y SALA DE PARTOS	PLANTA FISICA	SEMANAL	ENERO A DICIEMBRE	OPERARIO DE MANT Y SERVICIOS GENERALES	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y FACHADA
AREA ADMINISTRATIVA	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE ESTADO DE PINTURA Y DE RESANE -REALIZANDO ACTIVIDAD SI ES NECESARIO
AREA ADMINISTRATIVA	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE REDES ELECTRICAS Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
AREA ADMINISTRATIVA	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE HUMEDADES Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
AREA ADMINISTRATIVA	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE TECHOS Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
AREA ADMINISTRATIVA	PLANTA FISICA	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE CANOAS Y REPARACION DE SER NECESARIO

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



AREA ADMINISTRATIVA	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Y MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
AREA ADMINISTRATIVA	PLANTA FISICA	SEMANAL	ENERO A DICIEMBRE	OPERARIO DE MANT Y SERVICIOS GENERALES	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y FACHADA
LABORATORIO	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE ESTADO DE PINTURA Y DE RESANE -REALIZANDO ACTIVIDAD SI ES NECESARIO
LABORATORIO	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE REDES ELECTRICAS Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
LABORATORIO	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE HUMEDADES Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
LABORATORIO	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE TECHOS Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
LABORATORIO	PLANTA FISICA	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE CANOAS Y REPARACION DE SER NECESARIO
LABORATORIO	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Y MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
LABORATORIO	PLANTA FISICA	SEMANAL	ENERO A DICIEMBRE	OPERARIO DE MANT Y SERVICIOS GENERALES	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y FACHADA
ODONTOLOGIA	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE ESTADO DE PINTURA Y DE RESANE -REALIZANDO ACTIVIDAD SI ES NECESARIO
ODONTOLOGIA	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE REDES ELECTRICAS Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
ODONTOLOGIA	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE HUMEDADES Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
ODONTOLOGIA	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE TECHOS Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
ODONTOLOGIA	PLANTA FISICA	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE CANOAS Y REPARACION DE SER NECESARIO
ODONTOLOGIA	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Y MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
ODONTOLOGIA	PLANTA FISICA	SEMANAL	ENERO A DICIEMBRE	OPERARIO DE MANT Y SERVICIOS GENERALES	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y FACHADA
SALA DE ESPERA -CONSULTORIOS -AMDSIONES	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE ESTADO DE PINTURA Y DE RESANE -REALIZANDO ACTIVIDAD SI ES NECESARIO
SALA DE ESPERA -CONSULTORIOS -AMDSIONES	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE REDES ELECTRICAS Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
SALA DE ESPERA -CONSULTORIOS -AMDSIONES	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE HUMEDADES Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
SALA DE ESPERA -CONSULTORIOS -AMDSIONES	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE TECHOS Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
SALA DE ESPERA -CONSULTORIOS -AMDSIONES	PLANTA FISICA	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE CANOAS Y REPARACION DE SER NECESARIO
SALA DE ESPERA -CONSULTORIOS -AMDSIONES	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Y MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
SALA DE ESPERA -CONSULTORIOS -AMDSIONES	PLANTA FISICA	SEMANAL	ENERO A DICIEMBRE	OPERARIO DE MANT Y SERVICIOS GENERALES	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y FACHADA

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



RX-SIAU-FARMACIA-ALMACEN-ACHIVO CLINICO	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE ESTADO DE PINTURA Y DE RESANE -REALIZANDO ACTIVIDAD SI ES NECESARIO
RX-SIAU-FARMACIA-ALMACEN-ACHIVO CLINICO	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE REDES ELECTRICAS Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
RX-SIAU-FARMACIA-ALMACEN-ACHIVO CLINICO	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE HUMEDADES Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
RX-SIAU-FARMACIA-ALMACEN-ACHIVO CLINICO	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE TECHOS Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
RX-SIAU-FARMACIA-ALMACEN-ACHIVO CLINICO	PLANTA FISICA	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE CANOAS Y REPARACION DE SER NECESARIO
RX-SIAU-FARMACIA-ALMACEN-ACHIVO CLINICO	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Y MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
RX-SIAU-FARMACIA-ALMACEN-ACHIVO CLINICO	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y FACHADA
LAVADERO-PROMOCION Y PREVENCIÓN	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	ENERO A DICIEMBRE	OPERARIO DE MANT Y SERVICIOS GENERALES	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y FACHADA
LAVADERO-PROMOCION Y PREVENCIÓN	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE ESTADO DE PINTURA Y DE RESANE -REALIZANDO ACTIVIDAD SI ES NECESARIO
LAVADERO-PROMOCION Y PREVENCIÓN	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE REDES ELECTRICAS Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
LAVADERO-PROMOCION Y PREVENCIÓN	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE HUMEDADES Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
LAVADERO-PROMOCION Y PREVENCIÓN	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE TECHOS Y MANTENIMIENTO SI ES NECESARIO
LAVADERO-PROMOCION Y PREVENCIÓN	PLANTA FISICA	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE CANOAS Y REPARACION DE SER NECESARIO
LAVADERO-PROMOCION Y PREVENCIÓN	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Y MANTENIMIENTO DE SER NECESARIO
LAVADERO-PROMOCION Y PREVENCIÓN	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y FACHADA
DEPOSITO DE AGUA	PLANTA FISICA	TRIMESTRAL	ENERO A DICIEMBRE	OPERARIO DE MANT Y SERVICIOS GENERALES	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y FACHADA
JARDINES INTERNOS Y EXTERNOS	PLANTA FISICA	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DEPOSITOS DE AGUA
JARDIN EXTERNO	PLANTA FISICA	MESUAL	ENERO-A DICIEMBRE	SERVICIOS GENERALES	DESBROCE Y ARREGADA DE JARDIN
JARDIN EXTERNO	PLANTA FISICA	MESUAL	ENERO-A DICIEMBRE	SERVICIOS GENERALES	PODA DE CERCA
JARDIN EXTERNO	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	FEBRERO-JULIO	SERVICIOS GENERALES	FERTILIZACION DE NARANJOS Y JARDINES
TODAS LAS AREAS Y ARREDEDORES	PLANTA FISICA	SEMESTRAL	JUNIO -DICIEMBRE	CONTRATISTA	FUMIGACIONES DEL EDIFICIO

8.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
 Nit 890907297-3

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
AGITADOR DE MAZZINI ELECTRONICO	Equipo de laboratorio	INDULAB	0372	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
AGITADOR DE PIPETAS	Equipo de laboratorio	CLAY ADAMS	0390	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
AGITADOR VORTEX V1 PLUS BOECO	Equipo de laboratorio	CLAY ADAMS	0383	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
AMALGAMADOR	Equipo de Odontología	LORD	0298	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ANALIZADOR I-CHROMA	Equipo de laboratorio	READER	0382	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ASPIRADOR DE SECRECIONES	Equipo de urgencias	MEDI-PUMP	1349	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ASPIRADOR ELECTRICO	Equipo de urgencias	MEDI-PUMP	1009	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ASPIRADOR ELECTRICO	Equipo de urgencias	SILFA	1357	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ASPIRADOR ELECTRICO	Equipo de Odontología	SIEMENS	0345	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ASPIRADOR ELECTRICO THOMAS	Equipo de quirofanos y salas de parto	THOMAS	0927	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ASPIRADOR ELECTRICO MEDI- PUMP	Equipo de urgencias	ADVANCE	1111	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
AUTOCLOVE HORIZONTAL 80 LITROS	Equipo de quirofanos y salas de parto	AUTOMAT	0915	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA CON TALLIMETRO Y CONTRAPESO 220	Consulta externa	WELCH ALLYN	0270	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA CON TALLIMETRO Y CONTRAPESO 220	Consulta externa	WELCH ALLYN	0411	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA CON TALLIMETRO Y CONTRAPESO 220	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	WELCH ALLYN	0582	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
 Nit 890907297-3



BOMBA DE INFUSION SERIE 106841	Equipo de hospitalizacion - Estancia general	WELCH ALLYN	1170	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BASCULA DIGITAL ADULTO S:8000211102	Consulta externa	WELCH ALLYN	0711	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA DE BRAZO BASCULANTE	Consulta externa	INDULAB	0247	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA PEDIATRICA TIPO SILLA HOM	Consulta externa	CLAY ADAMS	410	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA PEDIATRICA TIPO SILLA HOM	Consulta externa	CLAY ADAMS	0992	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA PESA BEBE	Consulta externa	LORD	0630	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA PESA BEBE	Consulta externa	LORD	0699	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BASCULA DIGITAL 180 KG	Consulta externa	LORD	0697	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BASCULA DIGITAL 180 KG	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	READER	0900	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BASCULA DIGITAL 180 KG	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	READER	0901	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BASCULA DIGITAL ADULTO	Consulta externa	MEDI-PUMP	0973	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BASCULA DIGITAL ADULTO	Consulta externa	SILFA	0974	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BASCULA DIGITAL ADULTO	Consulta externa	SIEMENS	0975	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BASCULA DIGITAL ADULTO S:8000197639	Consulta externa	HEALTH O METER	0710	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BASCULA DIGITAL ADULTO S:8000198139	Consulta externa	HEALTH O METER	0709	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BASCULA DIGITAL ADULTO S:8000198142	Consulta externa	HEALTH O METER	0712	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BOMBA DE INFUSION SERIE 106841	Equipo de hospitalizacion - Estancia general	WELCH ALLYN	1170	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



BOMBA DE INFUSION SERIE 106821	Equipo de hospitalizacion - Estancia general	WELCH ALLYN	1172	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BOMBA DE INFUSION,	Equipo de hospitalizacion - Estancia general	BODY GUARD	1171	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
CAVITRON	Equipo de Odontologia	GOXO	0337	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
CAVITRON	Equipo de Odontologia	SIEMENS	0341	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
CAVITRON	Equipo de Odontologia	DENTSPLY	0342	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
CENTRIFUGA	Equipo de laboratorio	INDULAB	0369	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
CONTRAANGULO	Equipo de Odontologia	NSK	P0070	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
CONTRAANGULO	Equipo de Odontologia	NSK	P0071	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
CONTRAANGULO	Equipo de Odontologia	NSK	P0072	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
CONTRAANGULO	Equipo de Odontologia	NSK	P0073	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
CONTRAANGULO	Equipo de Odontologia	NSK	P0074	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
CONTRAANGULO	Equipo de Odontologia	NSK	P0087	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
DERMATOSCOPIO DIGITAL	Consulta externa	DETECTO	0286	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
DEFIBRILADOR BIFASICO DEA/MANUAL AVANZADO	Equipo de urgencias	LIFEGAIM	1005	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
DEFIBRILADOR DEA	Equipo de urgencias	MINDRAY	1427	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ECOGRAFO	Equipo de Apoyo Terapeutico	ADVANCE	1107	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ECOTNE DOPPLER	HOSPITALIZACION	EDAM	1175	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
 Nit 890907297-3



ECOTONE	AMBULANCIA ODT 766	EDAN	1358	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ECOTONE	AMBULANCIA HYUNDAI OLI 056	EDAN	P0321	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ECOTONE DOPPLER	HOSPITALIZACION	EDAM	1252	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ECOTONE DOPPLER FETAL	PROMOCION Y PREVENION ENFERMERIA	SONOTRAX	0896	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ECOTONE DOPPLER FETAL II	CONSULTORIO 3	SONOTRAX	0265	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ELECTROCARDIOGRAMA	SALA DE PROCEDIMIENTOS	MINDRAY	1106	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ELECTROCAUTERIZADOR-SUPERFRECATOR	URGENCIAS	MINDRAY	1010	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	DETECTO	0636	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE HEMATOLOGIA	LABORATORIO	MINDRAY	0381	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE HEMOGLOBINA	PROMOCION Y PREVENION ENFERMERIA	WELCH ALLYN	0903	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS	AMBULANCIA ODT 766	WELCH ALLYN	P0303	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS COMPLETO	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	WELCH ALLYN	0852	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS MODO PARED	CONSULTORIO 1	HUNTLEIGH	0223	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS MODO PARED	CONSULTORIO 3	WELCH ALLYN	0261	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS MODO PARED	CONSULTORIO 5	HEALTH METER	0594	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS COMPLETO	AMBULANCIA HYUNDAI OLI 056	HEALTH METER	P0317	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS COMPLETO	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	HEALTH O METER	0702	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



EQUIPO DE ORGANOS COMPLETO	PROMOCION Y PREVENCION ENFERMERIA	FIREFLY	0897	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS ELECTRICO	CONSULTORIO MEDICO URGENCIAS	HEALTH O METER	0988	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS MODO PARED	CONSULTORIO 2	WELCH ALLYN	0240	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS MODO PARED	CONSULTORIO 4	FIREFLY	0402	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
EQUIPO DE ORGANOS CON OFTALMO	PROMOCION Y PREVENCION ENFERMERIA	FIREFLY	0898	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ESTUCHE DE TENSIOMETRO Y FONENDO ADULTOS	AMBULANCIA HYUNDAI OLI 056	ALPK2	P0315	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ESTUCHE DE TENSIOMETRO Y FONENDOPEDIATRICO	AMBULANCIA HYUNDAI OLI 056	LORD	P0316	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
FLUJOMETRO PARA OXIGENO	AMBULANCIA HYUNDAI OLI 056	IOXIGEN	P0314	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
FONENDOSCOPIO	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	HEALTH O METER	N0126	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
FONENDOSCOPIO	PROMOCION Y PREVENCION ENFERMERIA	LITTMAN	N0118	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
FONENDOSCOPIO	PROMOCION Y PREVENCION ENFERMERIA	LITTMAN	N0119	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
FONENDOSCOPIO	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	WELCH ALLYN	N0120	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
FONENDOSCOPIO ADULTO	AMBULANCIA ODT 766	ALPK2	P0293	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
FONENDOSCOPIO ADULTO	AMBULANCIA ODT 766	ALPK2	P0295	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
FONENDOSCOPIO DIGITAL	BODEGA ALMACEN	WELCH ALLYN	0284	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	AMBULANCIA ODT 766	ALPK2	P0294	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
FONENDOSCOPIOS	PYP RIESGO CARDIOVASCULAR	HEALTH O METER	N0121	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



FONENDOSCOPIO	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	HEALTH O METER	N0664	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
GLUCOMETRO	AMBULANCIA ODT 766	ACCU-CHECK	N0686	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
GLUCOMETRO PERFORMA POR 50 TIRAS ROCHE	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	NCCUCHEK	0686	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
GRADILLAS ACRILICA	LABORATORIO	KRAMER	P0094	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
GRADILLAS ACRILICA	LABORATORIO	KRAMER	P0095	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
HORNO ELECTRICO MEMMERT	LABORATORIO	MEM MERT	0365	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
HORNO TERMOCULTIVO DIGITAL	LABORATORIO	INDULAB	0376	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	SALUD PUBLICA	WELCH ALLYN	N0668	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	SALUD PUBLICA	WELCH ALLYN	N0669	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MONITOR FETAL	Equipo de Apoyo Terapeutico	MINDRYVE	1110	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
NEBULIZADOR ELECTRICO	Equipo de urgencias	WELCH ALLYN	1044	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
NEBULIZADOR ELECTRICO	Consulta externa	WELCH ALLYN	0685	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
NEGATOSCOPIO	Equipo de Odontologia	LORD	0326	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO	Equipo de Apoyo Diagnostico	TYCOS	0449	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
OTOSCOPIO DIGITAL	Consulta externa	DOMETAL	0285	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PESA ADULTOS CON TALLIMETRO.	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	DETECTO	0849	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PESA ADULTOS DE COLUMNA	Consulta externa	WELCH ALLYN	0590	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



PESA ADULTOS DE COLUMNA CON TALLIMETRO	Consulta externa	MINDRYVE	0217	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PESA ADULTOS DE COLUMNA CON TALLIMETRO	Consulta externa	HEALTH O METER	0991	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PESA BEBE BODY CAM	Equipo de quirofanos y salas de parto	HEALTH O METER	0928	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PESA BEBE HEALTH O METER BODY CAM	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	HEALTH O METER	0848	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PIEZA DE MANO	Equipo de Odontología	DE ALTA Y BAJA VELOC	N0770	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	Equipo de Odontología	NSK	P0075	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	Equipo de Odontología	NSK	P0076	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PIEZA DE MANO RECTA	Equipo de Odontología	NSK	P0079	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PINSA DE MANO	Equipo de Odontología	NSK	P0077	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MICROCENTRIFUGA DE 20 PUESTOS	Equipo de laboratorio	MICRO DYNAMIC	0371	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MICROPIPETA AUTOMATICA DE 100 A 1000	Equipo de laboratorio	BRAND	0385	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MICROPIPETA AUTOMATICA DE 100 A 1000	Equipo de laboratorio	BRAND	0386	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MICROPIPETA AUTOMATICA DE 20 A 200	Equipo de laboratorio	SMART	0389	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MICROPIPETA AUTOMATICA DE 5 A 50	Equipo de laboratorio	BRAND	0387	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MICROPIPETA AUTOMATICA DE 5 A 50	Equipo de laboratorio	BRAND	0388	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MICROSCOPIO BINOCULAR 4 OBJETIVOS	Equipo de laboratorio	OLYMPUS	0384	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MONITOR 401N0V0012	Equipo de urgencias	EDAM	1025	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



MONITOR SIGNOS VITALES 401N0V0012	Equipo de hospitalización - Estancia general	EDAM	1169	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	Equipo de urgencias	ADVANCE	1007	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	Equipo de urgencias	ADVANCE	1028	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	Equipo de urgencias	MEDI-PUMP	1045	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	Equipo de urgencias	ADVANCE	1048	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	Equipo de urgencias	ADVANCE	1052	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	Equipo de Apoyo Diagnostico	HEAL FORCE	1348	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	Equipo de Apoyo Terapeutico	ADVANCE	1105	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	Equipo de Apoyo Terapeutico	ADVANCE	1052	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Consulta externa	HEALTH O METER	N0670	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Consulta externa	HEALTH O METER	N0671	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Consulta externa	LITTMAN	N0687	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Consulta externa	LITTMAN	N0688	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Consulta externa	WELCH ALLYN	N0689	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
LAMPARA CIETILICA DE 5 LUCES M	Equipo de quirofanos y salas de parto	LORD	0930	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
LAMPARA FOTOCURADO 75	Equipo de Odontologia	LORD	0302	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
LAMPARA FOTOTERAPIA XHZ 90	Equipo de Apoyo Terapeutico	LORD	0933	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



LAMPARA FRONTAL FOTOFORO	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	LORD	0895	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
LAMPARA PARA FOTOCURADO	Equipo de Odontologia	LORD	0299	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
LAMPARA PARA FOTOCURADO	Equipo de Odontologia	OPTILUX	0339	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
LAMPARA PARA FOTOCURADO	Equipo de Odontologia	COLTOLUX	0340	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
LARINGOSCOPIO COMPLETO CON 5 VALVULAS	Equipo de urgencias	WELCH ALLYN	P0318	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MICRO MOTOR	Equipo de Odontologia	NSK EX 203	P0069	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MICRO MOTOR	Equipo de Odontologia	NSK EX 203	P0084	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MICRO MOTOR	Equipo de Odontologia	NSK EX 203	P0085	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
MICRO MOTOR	Equipo de Odontologia	NSK EX 203	P0088	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TERMOMETRO DIGITAL DE PARED	Consulta externa	WELCH ALLYN	0239	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TERMOMETRO DIGITAL DE PARED	Consulta externa	WELCH ALLYN	0241	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TERMOMETRO DIGITAL DE PARED	Consulta externa	WELCH ALLYN	0262	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TERMOMETRO DIGITAL DE PARED	Consulta externa	WELCH ALLYN	0263	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TERMOMETRO DIGITAL DE PARED	Consulta externa	WELCH ALLYN	0403	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TERMOMETRO DIGITAL DE PARED	Consulta externa	WELCH ALLYN	0595	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
REVELADOR CR 45PPH CARESTREAM	Equipo de Apoyo Diagnostico	CR VITA FLEX	0433	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
SIERRA ELECTRICA CORTA YESO	Equipo de urgencias	CAST CUTTER	1011	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



TANQUE HIDROCOLECTOR	Equipo de Apoyo Terapeutico	CHATAOGGA	0248	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TENSIOMETRO	Consulta externa	LITTMAN	0404	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TENSIOMETRO	Consulta externa	LITTMAN	0592	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TENSIOMETRO ADULTO	Equipo de urgencias	ALPK2	P0291	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TENSIOMETRO ADULTO	Consulta externa	HEALTH O METER	0637	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TENSIOMETRO ADULTO	Consulta externa	HEALTH O METER	N0665	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TENSIOMETRO ADULTO	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	HEALTH O METER	N0666	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TENSIOMETRO CON BRAZALETE AZUL	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	WELLALLYN	N0104	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TENSIOMETRO DE ADULTOS	Consulta externa	HEALT METER	0224	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TENSIOMETRO DE PARED	Consulta externa	HEALTH O METER	0989	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TENSIOMETRO PEDIATRICO	Equipo de urgencias	ALPK2	P0292	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TERMOMETRO DIGITAL DE PARED	Consulta externa	WELCH ALLYN	0226	2	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
AGITADOR DE MAZZINI ELECTRONICO	LABORATORIO	INDULAB	0372	1	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
AMALGAMADOR	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	LORD	0298	1	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA CON TALLIMETRO Y CONTRAPESO 220	CONSULTORIO 3	WELCH ALLYN	0270	1	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA CON TALLIMETRO Y CONTRAPESO 220	CONSULTORIO 4	WELCH ALLYN	0411	1	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA CON TALLIMETRO Y CONTRAPESO 220	PYP RIESGO CARDIOVASCULAR	WELCH ALLYN	0582	1	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



BALANZA DE BRAZO BASCULANTE	CONSULTORIO 2	WELCH ALLYN	0247	1	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA PEDIATRICA TIPO SILLA HOM	CONSULTORIO 4	WELCH ALLYN	410	1	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA PEDIATRICA TIPO SILLA HOM	CONSULTORIO MEDICO URGENCIAS	HEALTH O METER	0992	1	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA PESA BEBE	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	WELCH ALLYN	0630	1	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BALANZA PESA BEBE	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	KRAMER	0699	1	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BASCULA DIGITAL 180 KG	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	WELCH ALLYN	0697	1	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
BASCULA DIGITAL 180 KG	PROMOCION Y PREVENION ENFERMERIA	WELCH ALLYN	0900	1	Contratista Externo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
TENSIOMETRO ADULTO	Consulta externa	HEALTH O METER	0637	1	Contratista Externo	CALIBRACION
TENSIOMETRO ADULTO	Consulta externa	HEALTH O METER	N0665	1	Contratista Externo	CALIBRACION
TENSIOMETRO ADULTO	Equipo de servicios ambulatorio - PyP		N0666	1	Contratista Externo	CALIBRACION
TENSIOMETRO CON BRAZALETE AZUL	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	WELLALLYN	N0104	1	Contratista Externo	CALIBRACION
TENSIOMETRO DE ADULTOS	Consulta externa	HEALT METER	0224	1	Contratista Externo	CALIBRACION
TENSIOMETRO DE PARED	Consulta externa	HEALTH O METER	0989	1	Contratista Externo	CALIBRACION
BASCULA DIGITAL 180 KG	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	HEALT O METER	0901	1	Contratista Externo	CALIBRACION
BASCULA DIGITAL ADULTO	Consulta externa	HEALT O METER	0973	1	Contratista Externo	CALIBRACION
BASCULA DIGITAL ADULTO	Consulta externa	HEALT O METER	0974	1	Contratista Externo	CALIBRACION
BASCULA DIGITAL ADULTO	Consulta externa	WELCH ALLYN	0975	1	Contratista Externo	CALIBRACION

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



BASCULA DIGITAL ADULTO S:8000197639	Consulta externa	HEALTH O METER	0710	1	Contratista Externo	CALIBRACION
BASCULA DIGITAL ADULTO S:8000198139	Consulta externa	HEALTH O METER	0709	1	Contratista Externo	CALIBRACION
BASCULA DIGITAL ADULTO S:8000198142	Consulta externa	HEALTH O METER	0712	1	Contratista Externo	CALIBRACION
BASCULA DIGITAL ADULTO S:8000211102	Consulta externa	HEALTH O METER	0711	1	Contratista Externo	CALIBRACION
CENTRIFUGA	Equipo de laboratorio	INDULAB	0369	1	Contratista Externo	CALIBRACION
EQUIPO DE ORGANOS	Equipo de urgencias	WELCH ALLYN	P0303	1	Contratista Externo	CALIBRACION
EQUIPO DE ORGANOS COMPLETO	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	WELCH ALLYN	0852	1	Contratista Externo	CALIBRACION
EQUIPO DE ORGANOS MODO PARED	Consulta externa	HEALTH METER	0594	1	Contratista Externo	CALIBRACION
EQUIPO DE ORGANOS COMPLETO	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	WELCH ALLYN	0897	1	Contratista Externo	CALIBRACION
EQUIPO DE ORGANOS CON OFTALMO	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	WELCH ALLYN	0898	1	Contratista Externo	CALIBRACION
ESTUCHE DE TENSIOMETRO Y FONENDO ADULTOS	Equipo de urgencias	ALPK2	P0315	1	Contratista Externo	CALIBRACION
ESTUCHE DE TENSIOMETRO Y FONENDOPEDIATRICO	Equipo de urgencias	LORD	P0316	1	Contratista Externo	CALIBRACION
FLUJOMETRO PARA OXIGENO	Equipo de urgencias	IOXIGEN	P0314	1	Contratista Externo	CALIBRACION
FONENDOSCOPIO	Consulta externa	HEALTH O METER	N0126	1	Contratista Externo	CALIBRACION
FONENDOSCOPIO	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	HEALTH O METER	N0118	1	Contratista Externo	CALIBRACION
FONENDOSCOPIO	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	HEALTH O METER	N0119	1	Contratista Externo	CALIBRACION
FONENDOSCOPIO	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	WELCH ALLYN	N0120	1	Contratista Externo	CALIBRACION

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



FONENDOSCOPIO ADULTO	Equipo de urgencias	ALPK2	P0293	1	Contratista Externo	CALIBRACION
FONENDOSCOPIO ADULTO	Equipo de urgencias	ALPK2	P0295	1	Contratista Externo	CALIBRACION
FONENDOSCOPIO DIGITAL	Consulta externa	WELCH ALLYN	0284	1	Contratista Externo	CALIBRACION
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	Equipo de urgencias	ALPK2	P0294	1	Contratista Externo	CALIBRACION
FONENDOSCOPIOS	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	HEALTH O METER	N0121	1	Contratista Externo	CALIBRACION
FONENDOSCOPIO	Consulta externa	HEALTH O METER	N0664	1	Contratista Externo	CALIBRACION
HORNO ELECTRICO MEMMERT	Equipo de laboratorio	MEM MERT	0365	1	Contratista Externo	CALIBRACION
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Consulta externa	WELCH ALLYN	N0668	1	Contratista Externo	CALIBRACION
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Consulta externa	WELCH ALLYN	N0669	1	Contratista Externo	CALIBRACION
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Consulta externa	HEALTH O METER	N0670	1	Contratista Externo	CALIBRACION
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Consulta externa	HEALTH O METER	N0671	1	Contratista Externo	CALIBRACION
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Consulta externa	LITTMAN	N0687	1	Contratista Externo	CALIBRACION
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Consulta externa	LITTMAN	N0688	1	Contratista Externo	CALIBRACION
KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Consulta externa	WELCH ALLYN	N0689	1	Contratista Externo	CALIBRACION
MICROCENTRIFUGA DE 20 PUESTOS	Equipo de laboratorio	MICRO DYNAMIC	0371	1	Contratista Externo	CALIBRACION
MICROPIPETA AUTOMATICA DE 100 A 1000	Equipo de laboratorio	BRAND	0385	1	Contratista Externo	CALIBRACION
MICROPIPETA AUTOMATICA DE 100 A 1000	Equipo de laboratorio	BRAND	0386	1	Contratista Externo	CALIBRACION

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

MICROPIPETA AUTOMATICA DE 20 A 200	Equipo de laboratorio	SMART	0389	1	Contratista Externo	CALIBRACION
MICROPIPETA AUTOMATICA DE 5 A 50	Equipo de laboratorio	BRAND	0387	1	Contratista Externo	CALIBRACION
MICROPIPETA AUTOMATICA DE 5 A 50	Equipo de laboratorio	BRAND	0388	1	Contratista Externo	CALIBRACION
MICROSCOPIO BINOCULAR 4 OBJETIVOS	Equipo de laboratorio	OLYMPUS	0384	1	Contratista Externo	CALIBRACION
PESA ADULTOS CON TALLIMETRO.	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	DETECTO	0849	1	Contratista Externo	CALIBRACION
PESA ADULTOS DE COLUMNA	Consulta externa	WELCH ALLYN	0590	1	Contratista Externo	CALIBRACION
PESA ADULTOS DE COLUMNA CON TALLIMETRO	Consulta externa	MINDRYVE	0217	1	Contratista Externo	CALIBRACION
PESA ADULTOS DE COLUMNA CON TALLIMETRO	Consulta externa	HEALTH O METER	0991	1	Contratista Externo	CALIBRACION
PESA BEBE BODY CAM	Equipo de quirofanos y salas de parto	HEALTH O METER	0928	1	Contratista Externo	CALIBRACION
PESA BEBE HEALTH O METER BODY CAM	Equipo de servicios ambulatorio - PyP	HEALTH O METER	0848	1	Contratista Externo	CALIBRACION
TENSIOMETRO	Consulta externa	LITTMAN	0404	1	Contratista Externo	CALIBRACION
TENSIOMETRO	Consulta externa	LITTMAN	0592	1	Contratista Externo	CALIBRACION
TENSIOMETRO ADULTO	Equipo de urgencias	ALPK2	P0291	1	Contratista Externo	CALIBRACION

8.3 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN E INFORMATICA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
-------------	--------------	--------------	-----------	---------------------	-------	-------------	-----------

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



COMPUTADOR TODO EN UNO COMPLETO MOUSE Y TECLADO COMPAQ	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	COMPAQ	0332	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL	HIGIENE ORAL 1	HEWLETT PACKARD	0343	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL	HIGIENE ORAL 2	SAMSUNG	0350	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO MOUSE Y TECLADO HP	LABORATORIO	COMPAQ	0361	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO TECLADO Y MOUSE HP	URGENCIAS	COMPAQ	0363	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR CLON INTEL PENTIUM MOUSE Y TECLADO HP	LABORATORIO	CLON	0375	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON MOUSE Y TECLADO HP	LABORATORIO	HEWLETT PACKARD	0377	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR CLON INTEL CORE WDC TODO EN UNO	GERENCIA	HEWLETT PACKARD	0023	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



COMPUTADOR PORTATIL ACER I5	CONSULTORIO MEDICO URGENCIAS	ACER	0024	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR ALL IN ONE HP PROCES	PYP AREA ADMINISTRATIVA	HEWLETT PACKARD	0032	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO INTEL CORE I5	CONTROL INTERNO	LENOVO	0040	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE	MANTENIMIENTO	HEWLETT PACKARD	0061	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO PAVILION	SUBGERENCIA ATENCION AL USUARIO	HEWLETT PACKARD	0072	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR HP PRO 120-1184LA TODO EN UNO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	HEWLETT PACKARD	0085	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL CON MOUSE GENIUS	PROMOCION Y PREVENICION ENFERMERIA	HEWLETT PACKARD	0893	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL	PROMOCION Y PREVENICION ENFERMERIA	SAMSUNG	0894	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL MUSE INHALAMBRICO	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	HEWLETT PACKARD	0937	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



COMPUTADOR TODO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE HP	BUEN COMIENZO	HEWLETT PACKARD	0967	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TDO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE HP	BUEN COMIENZO	HEWLETT PACKARD	0971	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO TECLADO Y MOUSE	SALUD PUBLICA	HEWLETT PACKARD	0977	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO MOUSE Y TECLADO GENIUS	FACTURACION URGENCIAS	COMPAQ	1059	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO HP	CONTABILIDAD	HP	1434	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO HP	FACTURACION	HP	1435	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
IMPRESORA HP OFFICE JETPRO 8600 PLUS	GERENCIA	HEWLETT PACKARD	0025	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA HP OFFICE JETPRO 8600 PLUS	CONTROL INTERNO	HEWLETT PACKARD	0039	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASERT PRO P1606DN	SECRETARIA	HEWLETT PACKARD	0060	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



IMPRESORA LASERT P1102W SRN	SUBGERENCIA ATENCION AL USUARIO	HEWLETT PACKARD	0071	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA HP LASER JET PRO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	HEWLETT PACKARD	0083	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
COMPUTADOR HP PRO 120-1184LA TODO EN UNO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	HEWLETT PACKARD	0085	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO COMPAQ E1	CARTERA	COMPAQ	0101	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO	ADMINISTRACION Y FINANCIERA	HEWLETT PACKARD	0115	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR CON TECLADO PLACAS 3006 Y MOUSE	FACTURACION	HEWLETT PACKARD	0127	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR CON MONITOR CPU Y TECLADO GENIUS	SISTEMAS	CLON	0135	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL INTEL CORE I5	SISTEMAS	TOSHIBA	0150	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE	ALMACEN	HEWLETT PACKARD	0156	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



COMPUTADOR TODO EN UNO HEWLETT PACKARD	SECRETARIA	HEWLETT PACKARD	0179	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO MOUSE HP Y TECLADO GENIUS	ADMISIONES	HEWLETT PACKARD	0208	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO MOUSE HP Y TECLADO GENIUS	ADMISIONES	HEWLETT PACKARD	0212	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON TECLADO GENIUS Y MOUSE HP	FARMACIA	HEWLETT PACKARD	0236	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE HP	ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS	HEWLETT PACKARD	0259	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR I5 P CON TECLADO Y MOUSE	CONSULTORIO 3	HEWLETT PACKARD	0275	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR HP COMPAQ PRESONO CQL	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	HEWLETT PACKARD	0329	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON TECLADO GENIUS Y MOUSE HP	CONSULTORIO 4	HEWLETT PACKARD	0412	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON MOUSE Y TECLADO	IMAGENOLOGIA	COMPAQ	0423	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



COMPUTADOR CON MONITOR DE CRISTAL LIQUIDO	IMAGENOLOGIA	DELL	0434	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO PRESONO CON MOUSE COMPAQ Y TECLADO G	FARMACIA	COMPAQ	0470	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO TECLADO Y MOUSE	CONTABILIDAD	HEWLETT PACKARD	0500	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO COREI3 TECLADO Y MOUSE HP	CONSULTORIO 1	HEWLETT PACKARD	0514	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL	PROGRAMA APS	ACER	0536	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE	VACUNACION	HEWLETT PACKARD	0543	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL PRESARIO	VACUNACION	COMPAQ	0568	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR INTEL CORE 2 1 GB RAM	PYP RIESGO CARDIOVASCULAR	QBEX	0572	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE HP	ADMISIONES	HEWLETT PACKARD	0601	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



COMPUTADOR PORTATIL	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	HEWLETT PACKARD	0649	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL MUSE INHALAMBRICO	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	HEWLETT PACKARD	0691	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CORE I3 MOUSE Y TECLADO	PROMOCION Y PREVENION ENFERMERIA	HEWLETT PACKARD	0835	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO MOUSE HA Y TECLADO UNITECH	URGENCIAS	HP	1062	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO MOUSE COMPAQ Y TECLADO GENIUS	HOSPITALIZACION	HP	1072	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO MOUSE GENIUS Y TECLADO COMPAQ	HOSPITALIZACION	COMPAQ	1184	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO	CONSULTORIO MEDICO URGENCIAS	HEWLETT PACKARD	1207	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON MOUSE Y TECLADO	PROMOCION Y PREVENION GENERAL	HEWLETT PACKARD	1208	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON MOUSE Y TECLADO	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	HEWLETT PACKARD	1209	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



COMPUTADOR PORTATIL	ARCHIVO CENTRAL EN SECRETARIA	COMPAQ	1260	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL ASUS	GERENCIA	ASUS	1360	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO	LABORATORIO	LENOVO	1367	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO	ATENCION AL USUARIO	HEWLETT PACKARD	1368	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO HP	CONSULTORIO 2	HEWLETT PACKARD	1379	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO HP	CONSULTORIO 5	HEWLETT PACKARD	1380	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO	PROMOCION Y PREVENICION ENFERMERIA	HP	1432	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO HP	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	HP	1433	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEAO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
IMPRESORA LASER JET	FACTURACION	HEWLETT PACKARD	0100	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



IMPRESORA EPSON 2190	CONTABILIDAD	EPSON	0107	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA SN:058103508	ALMACEN	EPSON	0155	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	CONSULTORIO 3	HEWLETT PACKARD	0158	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	ATENCION AL USUARIO	HEWLETT PACKARD	0193	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	ADMISIONES	EPSON	0207	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	ADMISIONES	HEWLETT PACKARD	0213	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORALASER JET P1102W	BODEGA ALMACEN	HP	0283	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASERT JET	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	HEWLETT PACKARD	0330	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	LABORATORIO	HEWLETT PACKARD	0362	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



IMPRESORA LASER JET	CONSULTORIO 4	HEWLETT PACKARD	0413	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	IMAGENOLOGIA	HEWLETT PACKARD	0424	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASERT JET	FARMACIA	HEWLETT PACKARD	0471	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET P1102W	CONSULTORIO MEDICO URGENCIAS	HEWLETT PACKARD	0501	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA CANNON G2100	COMUNICACIONES	CANNON	0515	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	SALUD PUBLICA	HEWLETT PACKARD	0531	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	PROGRAMA APS	HP	0534	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	VACUNACION	HEWLETT PACKARD	0547	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET PRO M130FW HP BLANCA	CARTERA	HEWLETT PACKARD	0571	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



IMPRESORA LASER JET	PYP RIESGO CARDIOVASCULAR	HEWLETT PACKARD	0578	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	CONSULTORIO 5	HEWLETT PACKARD	0602	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	HEWLETT PACKARD	0623	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	HEWLETT PACKARD	0651	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	HEWLETT PACKARD	0693	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASERT JET	ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS	HP	0847	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	HEWLETT PACKARD	0869	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	PROMOCION Y PREVENICION ENFERMERIA	HP	0902	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASERJET PRO M102W	ALMACEN	HEWLETT PACKARD	0938	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



IMPRESORA LASER HP M102W BLANCA	PROMOCION Y PREVENION ENFERMERIA	HEWLETT PACKARD	0976	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	CONSULTORIO MEDICO URGENCIAS	HEWLETT PACKARD	0999	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO, SN: D38425002	FACTURACION URGENCIAS	EPSON	1055	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	FACTURACION URGENCIAS	HEWLETT PACKARD	1060	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET PRO	URGENCIAS	HP	1073	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA HP LASER JET P1102W	HOSPITALIZACION	HP	1181	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA HP P1102W	SECRETARIA	HP	1206	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASERJET PRO M102W	PYP AREA ADMINISTRATIVA	EPSON	1351	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA EPSON LX-300 + II SN:387291	LABORATORIO	EPSON	1363	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO 890 SN:236486	LABORATORIO	EPSON	1364	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	BUEN COMIENZO	EPSON	1376	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0717	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE ELLENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0718	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE ELLENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0791	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE ELLENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0793	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE ELLENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0796	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE ELLENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0799	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE ELLENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0800	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE ELLENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0801	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE EL LENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0802	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE EL LENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0803	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE EL LENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0806	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE EL LENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0808	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE EL LENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0813	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE EL LENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0814	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE EL LENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0822	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE EL LENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0823	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE EL LENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

8.4 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE APOYO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
MOTOCICLETA	PARQUEADERO	HONDA 125 DCZ34A	569	ANUAL	MARZO	CONDUCTOR	LIMPIEZA DEL CARBURADOR
MOTOCICLETA	PARQUEADERO	HONDA 125 DCZ34A	569	TRIMESTRAL	ENERO- ABRIL-JULIO-OCTUBRE	CONDUCTOR	FERNOS -LLANTAS Y LUCES
MOTOCICLETA	PARQUEADERO	HONDA 125 DCZ34A	569	POR KILOMETRO RECORRIDO ENTRE 1500 Y 2000	POR KILOMETRO RECORRIDO ENTRE 1500 Y 2000	CONDUCTOR	CAMBIO ACEITE DEL MOTOR
MOTOCICLETA	PARQUEADERO	HONDA 125 DCZ34A	569	TRIMESTRAL	ENERO- ABRIL-JULIO-OCTUBRE	CONDUCTOR	ENGRASADA GENERAL
MOTOCICLETA	PARQUEADERO	HONDA 125 DCZ34A	569	TRIMESTRAL	ENERO- ABRIL-JULIO-OCTUBRE	CONDUCTOR	MANTENIMINETO DE COJINERIA
MOTOCICLETA	PARQUEADERO	HONDA 125 DCZ34A	569	TRIMESTRAL	ENERO- ABRIL-JULIO-OCTUBRE	CONDUCTOR	REVISION KIT DE ARRASTRE
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	MENSUAL	ENERO -DICIEMBRE	CONDUCTOR	REVISIÓN DE PASTILLAS DE FRENOS
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	MENSUAL	ENERO -DICIEMBRE	CONDUCTOR	REVISIÓN DE SUSPENSIONES
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	MENSUAL	ENERO -DICIEMBRE	CONDUCTOR	REVISIÓN SISTEMA DE DIRECCIÓN
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	MENSUAL	ENERO -DICIEMBRE	CONDUCTOR	REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	MENSUAL	ENERO -DICIEMBRE	CONDUCTOR	REVISIÓN DE BATERÍA
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	SEMESTRAL	ENERO -DICIEMBRE	CONDUCTOR	MANTENIMINETO DE COJINERIA

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONDUCTOR	REVISIÓN BANDAS DE FRENOS DELANTERA
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000	CONDUCTOR	ROTACION DE LLANTAS
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	ANUAL	MARZO	CONTRATISTA EXTERNO	MANTENIMIENTO DE INYECTORES
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	TRIMESTRAL	ENERO- ABRIL-JULIO-OCTUBRE	CONDUCTOR	MANTENIMIENTO DE LUJOS
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONTRATISTA EXTERNO	REVISIÓN BANDAS DE FRENOS TRASERA
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONDUCTOR	CAMBIO ACEITE DEL MOTOR
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONDUCTOR	ENGRASADA GENERAL
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONDUCTOR	CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE
AMBULACIA	PARQUEADERO	HYUNDAI OLI 056	1354	MENSUAL	ENERO -DICIEMBRE	CONDUCTOR	REVISIÓN DE PASTILLAS DE FRENOS
AMBULACIA	PARQUEADERO	HYUNDAI OLI 056	1354	MENSUAL	ENERO -DICIEMBRE	CONDUCTOR	REVISIÓN DE SUSPENSIONES
AMBULACIA	PARQUEADERO	HYUNDAI OLI 056	1354	ANUAL	MARZO	CONTRATISTA EXTERNO	MANTENIMIENTO DE INYECTORES
AMBULACIA	PARQUEADERO	HYUNDAI OLI 056	1354	TRIMESTRAL	ENERO- ABRIL-JULIO-OCTUBRE	CONDUCTOR	MANTENIMIENTO DE LUJOS
AMBULACIA	PARQUEADERO	HYUNDAI OLI 056	1354	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONTRATISTA EXTERNO	REVISIÓN BANDAS DE FRENOS TRASERA
AMBULACIA	PARQUEADERO	HYUNDAI OLI 056	1354	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONDUCTOR	CAMBIO ACEITE DEL MOTOR
AMBULACIA	PARQUEADERO	HYUNDAI OLI 056	1354	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONDUCTOR	ENGRASADA GENERAL
AMBULACIA	PARQUEADERO	HYUNDAI OLI 056	1354	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONDUCTOR	CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE
EQUIPO DE HEMATOLOGIA	LABORATORIO	MINDRAY BG-3600	381	ANUAL	JUNIO	CONTRATISTA EXTERNO	LIMPIEZA LUBRICACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE HEMATOLOGIA	LABORATORIO	MINDRAY BG-3600	381	ANUAL	JUNIO	CONTRATISTA EXTERNO	LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO, CALIBRACIÓN ÓPTICA, LUBRICACIÓN GENERAL DEL EQUIPO
EQUIPO DE RX CON FUENTE DE PODER	RX	ECONET	445	ANUAL	JUNIO	CONTRATISTA EXTERNO	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TODAS SUS PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS
EQUIPO DE RX ODONTOLÓGICO SANDRI	ODONTOLOGIA	ECONET	294	ANUAL	JUNIO	CONTRATISTA EXTERNO	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TODAS SUS PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS
CONGELADOR	MANTENIMIENTO		1250	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA REVISIÓN DE TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO, CARGA DE GAS Y PARTE ELECTRICA
MUEBLE DE 7 GAVETAS EN FORMICA DE PARED	HOSPITALIZACION	MADERA	1173	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO DE TRABAJO DE 3 GAVETAS	PYP AREA ADMINISTRATIVA	SIN MARCA	0031	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO DE TRABAJO RECTO CON ARCHIVADOR M	SECRETARIA	SIN MARCA	0064	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO DE COMPUTO CON PORTATECLADO MADEC	SUBGERENCIA ATENCION AL USUARIO	SIN MARCA	0074	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
 Nit 890907297-3



MODULO DE TRABAJO DE DOS ARCHIVADORES Y	ADMISIONES	SIN MARCA	0202	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO DE RECEPCION CON DOS ARCHIVADORES DE 3 CAJONES	IMAGENOLOGIA	SIN MARCA	0428	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO DE RECEPCION CON DOS ARCHIVADORES DE 3 CAJONES	IMAGENOLOGIA	SIN MARCA	0431	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO DE TRABAJO CON ARCHIVADOR 3 CAJONES	FARMACIA	SIN MARCA	0452	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO 2 CUERPOS PARA DISPENSAR MEDICAMENTOS	FARMACIA	SIN MARCA	0466	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO DE VIDRIO Y FORMICA PARA MEDICAMENTOS	FARMACIA	SIN MARCA	0467	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO DE VIDRIO Y FORMICA PARA MEDICAMENTOS	FARMACIA	SIN MARCA	0468	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1016	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1019	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1023	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1029	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1041	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1047	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA METALICA DESMONTABLE	URGENCIAS	DOMETAL	1087	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA METALICAS DE RECUPERACION Y TRANSPORTE	SALA DE PROCEDIMIENTOS	DOMETAL	1101	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA PRINCIPAL DESPLEGABLE	AMBULANCIA ODT 766	SITMED	1345	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA ELECTROMECHANICA	SALA DE PARTOS Y OBSTETRICIA	PROMEL	1390	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA PACIENTE 2 PLAN	SALA DE PARTOS Y OBSTETRICIA	PROMEL	1391	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1016	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1019	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1023	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1029	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1041	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1047	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA METALICA DESMONTABLE	URGENCIAS	DOMETAL	1087	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA METALICAS DE RECUPERACION Y TRANSPORTE	SALA DE PROCEDIMIENTOS	DOMETAL	1101	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



CAMILLA PRINCIPAL DESPLEGABLE	AMBULANCIA ODT 766	SITMED	1345	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA ELECTROMECANICA	SALA DE PARTOS Y OBSTETRICIA	PROMEL	1390	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA PACIENTE 2 PLAN	SALA DE PARTOS Y OBSTETRICIA	PROMEL	1391	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA TELESCOPICA, 2 NIVELES	AMBULANCIA HYUNDAI OLI 056	SIN MARCA	P0309	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DIVAN PLANO CON OVALO FACIAL	CONSULTORIO 2	SIN MARCA	0243	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA GINECOLOGICA	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	SIN MARCA	0635	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE RECUPERACION	CONSULTA MEDICA AMBULATORIA	SIN MARCA	0669	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE RECUPERACION DE PACIENTES	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	SIN MARCA	0673	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA GINECOLOGICA	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	SIN MARCA	0696	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL - CAMILLA DE PLACA 0348	HIGIENE ORAL 1	SIN MARCA	0347	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL CAMILLA DE PLACA 0346	HIGIENE ORAL 2	SIN MARCA	0349	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE RECUPERACION	PYP RIESGO CARDIOVASCULAR	SIN MARCA	0583	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.

8.5 TRANSPORTE: (Mantenimiento técnico mecánico)

DESCRIPCION	RESPONSABLE	MARCA VEHÍCULO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	PERIODO	ACTIVIDAD
AMBULANCIA	CONDUCTORES	TOYOTA	ODT766	1	ENERO A DICIEMBRE	SEMANAL	Revisión frenos, llantas, aceite, limpieza, tecnicomecanica, soat
AMBULANCIA	CONDUCTORES	NISSAN	GVV539	1	ENERO A DICIEMBRE	SEMANAL	Revisión frenos, llantas, aceite, limpieza, tecnicomecanica, soat
AMBULANCIA	CONDUCTORES	HYUNDAI	OLI056	1	ENERO A DICIEMBRE	SEMANAL	Revisión frenos, llantas, aceite, limpieza, tecnicomecanica, soat

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



MOTOCICLETA	CONDUCTORES	HONDA 125	DCZ34A	1	ENERO A DICIEMBRE	SEMANAL	Revisión frenos, llantas, aceite, limpieza, tecnicomecanica, soat
-------------	-------------	-----------	--------	---	----------------------	---------	--

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



9. COSTO MANTENIMIENTO

NOMBRE	DESCRIPCION	No. Mantenimiento por Año	VALOR VISITA	VALOR TOTAL O VALOR PAQUETE (Ver P1 al final)
EQUIPO INDRUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO	Limpieza, mantenimiento, ajustes	2	1.000.000	2.000.000
EQUIPO DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA	Limpieza y reparación, actualización de software	12	2.000.000	24.000.000
EQUIPO BIOMÉDICO Y ODONTOLÓGICO	Mantenimiento preventivo y correctivo	2	2.000.000	4.000.000
CALIBRACION DE EQUIPO BIOMEDICO Y ODONTOLÓGICOS	Calibración de equipos	2	6.000.000	12.000.000
INFRAESTRUCTURA	Pintura y resane, área deteriorada por el uso, humedad y Construcción de Garaje, Limpieza de redes, inspección, instalación de redes eléctricas	Según demanda		10.000.000
EQUIPO DE TRANSPORTE	Latonería, pintura y desgaste por uso, repuestos, cambio de aceites	Según demanda		15.000.000
IMPREVISTOS O REPUESTOS				35.000.000
TOTAL				102.000.000

10. OBSERVACIONES

Los mantenimientos preventivos se realizarán bajo contratos por toda la vigencia o se elaborarán órdenes de servicio por actividad dependiendo de la oferta de estos servicios y la disposición del prestador para realizarlos en la localidad.

11. REFERENCIAS:

Ley 100 de 1993, art. 189.

Decreto 1769 de 1994

Decreto 780 de 2016

Decreto 4725 de 2005

Resolución 2003 de 2014

Anexo Técnico No 1 de la República 1439, Estándares 2 y 3, Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad.

Circular 029 de 1997 de la Supersalud.

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3



12. ANEXO 1

SNS 3000-VMH

INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE DIFERENTES ASPECTOS DEL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

1. Organización

Dispone de una dependencia responsable del Mantenimiento hospitalario:

- a) Si _____ (si la respuesta es afirmativa escriba el nombre y de quien depende orgánicamente)
- b) No ___X___ (si la respuesta es negativa, describa quién responde por el mantenimiento hospitalario)

Por el mantenimiento Hospitalario responde al Gerente y al Administrador de la E.S.E.

2. Plan de Mantenimiento

Verifique y describa si hay un plan de mantenimiento de la infraestructura (¿el plan está escrito, hay una cartelera con las actividades y asignación de responsabilidades? ¿Se está diligenciando un formato que contenga como mínimo lo establecido en el anexo 1 de la presente circular? Etc.)

Para este año existe un proyecto de dotación y mejoramiento de la planta física, donde se incluya la remodelación y la adecuación de algunas dependencias como garaje.

Verifique y describa si hay un plan de mantenimiento de la dotación (¿el plan está escrito?, ¿hay una cartelera con las actividades y la asignación de responsabilidades? ¿Se está diligenciando un formato que contenga como mínimo lo establecido en el anexo 1 de la presente circular?, etc.

Existe un plan de mantenimiento por escrito

3. Recurso humano que se emplea en el mantenimiento

Número de profesionales (escriba el número y la profesión de cada uno)

Número de técnicos (escriba el número y la especialidad de cada uno)

Número de auxiliares (escriba el número y la especialidad de cada uno)

4. Recurso Financiero

Indique como asignan y distribuyen los recursos para mantenimiento hospitalario

Los recursos para mantenimiento en la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del Municipio de Concordia, Antioquia, se asignan según el Decreto 1769 de 1994 y el Artículo 189 de la Ley 100 de

1993 que equivale al 5% o superior de total del presupuesto; y se distribuye de acuerdo a la cantidad de equipos, bienes muebles e inmuebles, y según su estado.

Recursos previstos para mantenimiento hospitalario durante el presente año (esta respuesta debe coincidir con el valor reportado en el certificado de asignación y ejecución de recursos descritos en la presente circular)

El valor del recurso asignado para el presente año es de **CIENTO DOS MILLONES DE PESOS M/C (\$ 102.000.000)**

Los recursos de mantenimiento previstos equivalen al 6% del presupuesto total (esta respuesta debe coincidir con el valor reportado en el certificado de asignación y ejecución de recursos descrito en la presente circular)

Si.

Recursos asignados para el presente año para el mantenimiento de la dotación (esta respuesta debe coincidir con el valor reportado en el certificado de asignación y ejecución de recursos descrito en la presente circular)

\$ 42.000.000

Recursos asignados el presente año para el mantenimiento de la infraestructura (esta respuesta debe coincidir con el valor reportado en el certificado de asignación y ejecución recursos descrito en la presente circular)

\$ 10.000.000

5. Gestión del servicio de mantenimiento

Con el recurso humano propio disponible, cuales son las dependencias que reciben mantenimiento (Describa las dependencias como por ejemplo: calderas, lavanderías, imagenología. Etc.)

Con el personal propio se realiza mantenimiento de tanques, áreas adyacentes, muebles y enseres de las oficinas y consultorios, además de limpieza de ambulancias.

Describa quién y cómo se realizan las auditorías de los contratos de mantenimiento que celebra la institución con empresas (describa el tipo de auditoría o revisión de contratos, verificación del cumplimiento de los mismos, etc.):

Las realiza el Gerente en coordinación con el Subdirector Administrativo, después de cada visita mediante acta y/o Hojas de vida de bienes.

Describa si tienen informes de accidentes ocurridos con equipos (¿qué hacen cuando sucede un accidente?);

No tienen informes de accidentes con equipos; si sucediera se elabora un informe del accidente de trabajo y se envía a la A.R.P.

¿Tienen registros de actividades del servicio de mantenimiento de la institución? (describa si registran el costo y los cambios de repuestos, pago de supernumerarios, gastos adicionales sufragados por caja menor, número de horas empleadas en reparaciones, etc.)

Si. Se tiene hoja de vida de equipos donde se describe los mantenimientos y los cambios de repuestos

Llevan hoja de vida de los equipos, (escoja al azar tres equipos, verifique la existencia y el diligenciamiento de la hoja de vida de estos y describa si está actualizada, tiene la descripción del equipo, el número de inventario, la ubicación física, el área o servicio responsable, el nombre del responsable del servicio técnico del equipo, el número y la fecha del contrato de mantenimiento y la modalidad de mantenimiento que recibe (p. ej. solo correctivo, correctivo y preventivo, periódico, por llamado etc..?))

Si.

El servicio de mantenimiento presta algún tipo de apoyo al personal asistencial en el manejo de equipos, (describa las actividades que realiza)

Si. Los técnicos de mantenimiento dan las instrucciones sobre operaciones y cuidados de equipos.

Conoce el Decreto 1769 de 1994, ¿sobre mantenimiento hospitalario?

Si.

¿Los funcionarios responsables del mantenimiento han recibido últimamente alguna capacitación? (describa el nombre del curso, el número de asistentes, si estos todavía laboran en la institución y el lugar o empresa que lo dictó)

6. Inventarios (Verifique la existencia de los inventarios. Este ítem debe cubrir las descripciones expuestas en el anexo 1 de la presente circular)

¿Planos de las redes? Si No Describa (El inventario está completo, incompleto etc.)
Completo

¿Equipos Biomédicos? Si No Describa (El inventario esta completo, incompleto etc.)
Completo.

¿Equipos Industriales de uso hospitalario? Si No Describa (El inventario está completo, incompleto etc.)
Completo.



¿Planos de las áreas físicas? Si No Describa (El inventario está completo, incompleto etc.) Completo.

¿Equipos de comunicaciones e informática? Si No Describa (El inventario está completo, incompleto etc.) Completo.

Muebles de usos asistencial y administrativo Si No Describa (El inventario está completo, incompleto etc.) Completo.

Otros equipos y elementos no contemplado en los ítems Si No Describa (Verifique al azar la inclusión de algún equipo en el inventario)

7. Espacios físicos para el desarrollo del mantenimiento

¿Tiene talleres de mantenimiento, Si No Describa? (Como es el local, se puede considerar adecuado, espacioso, cuenta con muebles para el efecto, etc.)

¿Tiene oficina para el desarrollo de las actividades administrativas del mantenimiento, archivo y almacén de repuestos, Si No , Describa? (Como se almacena, existe tarjetero o kárdex, está distribuido por secciones, hay organización, tiene inventario de repuestos, etc.)

8. Dotación del servicio del mantenimiento

¿Tiene bancos de trabajo para realizar las actividades de mantenimiento y reparación de equipos? Si No , Describa? (Loa muebles, se pueden considerar adecuados, son suficientes, etc.)

¿Tiene herramientas para realizar las actividades de mantenimiento y reparación de equipos? Si No , Describa? (Se pueden considerar adecuadas, son suficientes, etc.) son suficientes.

¿Dispone de manuales técnicos de los equipos? Verifique la existencia de por lo menos los manuales de los equipos de Rayos X y de los equipos de mantenimiento de la vida, si no existen describa el por qué o dónde se encuentran)

Si.

Convenciones:

Pr: Se marca la casilla cuando el mantenimiento lo realiza personal propio de la institución.

Co: Se marca la casilla cuando el mantenimiento lo realiza personal externo a la institución, contratado especialmente para esta labor.

Est: Se escribe en la casilla la valoración subjetiva correspondiente al estado en que se encuentra la dependencia, la escala de valoración es la siguiente:



0-25%	Bueno	1
26-50%	Regular	2
51-75%	Malo	3
76-100%	Ruina ¹	4

Se expide con destino a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD con fecha 19 de enero de 2022.

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS
Jaime Andres Montoya Arteaga
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

JAIME ANDRES MONTOYA ARTEAGA
Sub Director Administrativo